

**ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CRUZ MACHADO**

CNPJ 76.339.688/0001-09  
Avenida Vitória nº167 CEP 84620-000 – Cruz Machado Pr.

**ADITAMENTO AO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2015**

O Pregoeiro Municipal através do Departamento de Compras e Licitações **resolve aditar o Edital nº 050/2015** para adicionar o seguinte item da Documentação de Habilitação:

**Alteram-se os itens nos aspectos grifados em negrito:**

**ITEM 15:** Monitor de ECG / Oximetria / Pressão Arterial / Temperatura / Respiração / Pressão Não Invasiva. Monitor de sinais vitais, com tela colorida de no mínimo 12", para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para 03 derivações selecionáveis em tela sendo possível visualizar uma ou duas curvas. Análise de arritmia e segmento ST. Frequência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 **ao máximo de** 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Canal de temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. Possuir calculo de drogas. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 4kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos com no mínimo 10". Impressora térmica acoplada ao equipamento para relatórios gráficos. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar no mínimo 24 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. **Garantia total para equipamentos: peças, mão-de-obra, deslocamento, instalação, com duração mínima de 12 meses, podendo ser estendida, a partir da recepção técnica e da colocação de cada equipamento em uso;** que deverá acompanhar a proposta para análise ao atendimento do produto. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 3 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 braçadeira reutilizável adolescente; 1 braçadeira reutilizável pediátrica; 1 braçadeira reutilizável adulto grande. 1cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 sensor de oximetria reutilizável tipo Y, 1 cabo de energia. Manual em português.

**ITEM 28:** COLPOSCÓPIO CP14 3X. AUMENTO DE 7X - 14X - 25X, LUZ POR FIBRA ÓTICA, INTENSIDADE DE LUZ

AJUSTÁVEL, DISTÂNCIAHO 300MM,SISTEMA DE MICRO-ENFOQUE POR CREMALHEIRA DE METAL, FILTRO VERDE,PEDESTAL SOBRE RODIZIOS,TENSÃO: 127/ W. 1 ANO DE GARANTIA. *O valor máximo de referencia passa para R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).*

O Valor Máximo de Referência para R\$ **187.142,60 (cento e oitenta e sete mil cento e quarenta e dois reais com sessenta centavos)**

**Em virtude das alterações adia-se a data de abertura do processo licitatório para dia 31 de março de 2015.**

Cruz Machado, 18 de Março de 2014.

---

**Antonio Luiz Szaykowski**  
Prefeito Municipal