

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 996/2017

Data: 13/06/2017

Nr. por Centro de Custo: 327

Folha: 1/4

326-2017

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

000001

**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 234 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA  
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Nome do Solicitante: Rosemari C Train  
Local de Entrega: HOSPITAL MUNICIPAL STA TEREZINHA - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS  
Destinação: VENHO A VES DESTA, SOLICITAR A ESTE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO DOS OS QUAIS NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO 22/2017, 34/2017.

Código da Dotação : 04.01.2.017.3.3.90.30.36.00.00.00 (138/2017)

Identificação:

Observações:

**ITENS SOLICITADO**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1		UN	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 2,0 C/ BALÃO (45-02-2261)	0,0000	0,00
2		UN	FIÓ DE CERCLAGEM 2,0 (45-02-1447)	0,0000	0,00
3		LT	FORMOL 40 % (45-02-2473)	0,0000	0,00
4		CX	"INDICADOR BIOLÓGICO 1292 - Indicador Biológico - 3 Horas: Indicador para esterilização a vapor do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa de 3 horas, por método de fluorescência. Indicado para o controle de qualidade biológica de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores com pré-vácuo ou esterilizadores gravitacionais. Coposto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus Stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola deverá possuir um rótulo	0,0000	0,00

Rosemari C. Train  
CRF - PR Nº 16077  
FARMACÊUTICA

Solicitante: Rosemari C Train:.....

Cruz Machado, 13 de Junho de 2017.

13-07-17

ANDRETTA

CIA PARANÁ

SÓBIO EFETIVO

PROVINCIA PARANÁ

ALTERNAS - 16/2017

Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222  
 Av. Vitória, 167  
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 996/2017

Data: 13/06/2017

Nr. por Centro de Custo: 327

Folha: 2/4

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencie as ampolas processadas das não processadas. Caixa com 50 Ampolas. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato 01 incubadoras de Leitura Rápida." (45-02-2540)		<b>000002</b>
5	50	UNI	ESCOVA PARA LIMPEZA DE PRODUTOS CANULADOS - DESCARTAVEL 60 MMX7 MMX 500 MM (45-01-7218)	0,0000	0,00
6	6	GAL	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, ATÓXICO E SEM SILICONE, INDICADO COMO LUBRIFICANTE DO INSTRUMENTAL, GALÃO DE 5 LITROS (45-01-6697)	0,0000	0,00
7	30	CAX	BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA N 20. CAIXA COM 10 UNIDADES. (45-02-2675)	0,0000	0,00
8	10	CX	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior á curva de morte microbiana do Geobacillus Stearothermophilus. a embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. deverá ser sensível á temperatura, tempo e vapor de exposição ao vapor e a temperatura. classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1. (45-02-2025)	0,0000	0,00
9	2	UN	TESOURA PONTA ROMBA, 18 CM, MATERIAL EM INOX (45-02-0714)	0,0000	0,00
10	60	UN	LUVA DE NITRILO PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, SEM TALCO, CAIXA COM 100. (45-02-2684)	0,0000	0,00
11	30	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°12 (45-02-2678)	0,0000	0,00
12	30	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°14 (45-02-2679)	0,0000	0,00
13	30	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°16 (45-02-2680)	0,0000	0,00

Solicitante: Rosemari C Train:.....

Cruz Machado, 13 de Junho de 2017.

Responsável pelo Setor Compras



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222  
 Av. Vitória, 167  
 C.E.P.: 84620-000      - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 996/2017

Data: 13/06/2017

Nr. por Centro de Custo: 327

Folha: 3/4

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
14	30	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°18 (45-02-2681)	0,0000	0,00
15	5	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO( MANDRIL TIPO VARETA) ADULTO, EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES: Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm. (45-02-2682)	0,0000	0,00
					<b>000003</b>
16	5	UN	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ( MANDRIL TIPO VARETA) INFANTIL em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm. (45-02-2683)	0,0000	0,00
	2	UN	Kit cipa com prancha em polietileno - capa verde- Características: - Confeccionada em tecido 100% poliamida; - Fecho em velcro; - Alças para transporte; - Bolsa plástica transparente. Materiais: - Imobilização 01 Prancha longa compensada naval três cintos; 01 Capa para proteção da mesma; 01 Jogo de tala aramada EVA conjunto com 4 peças; 01 Bandagem triangular - Tamanho: M; 01 Jogo de colar cervical resgate sendo PP / P / M / G; 01 Manta Aluminizada. - Consumo 05 Compressas estéreis 7,5 cm x 7,5 cm; 03 Pares de luvas cirúrgicas estéreis; 02 Ataduras de crepe 10 cm; 02 Ataduras de crepe 15 cm; 02 Ataduras de crepe 30 cm; 01 Esparadrapo 10 cm x 4,5 cm; 01 Curativo antisséptico (tipo band-aid). 02-Máscara de RPC descartável: 01- tesoura multiuso ponta romba: 02 - luvas pigmentadas: (45-02-2685)	0,0000	0,00
18	60	UNI	PACOTE TESTE PLUS BOWIE & DICK 0135 PARA TESTE DO EQUIPAMENTO COM FOLHA DE ALERTA, ALÉM DA FOLHA TESTE PRINCIPAL. INDICADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DE VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO. SIMILAR OU IGUAL A 3M. (45-02-1689)	0,0000	0,00
19	500	PCT	ATADURA DE CREPE 13 FIOS, TIPO I, 12 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO E ELASTICIDADE	0,0000	0,00

Solicitante: Rosemari C Train:.....

Cruz Machado, 13 de Junho de 2017.

Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222  
 Av. Vitória, 167  
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 996/2017

Data: 13/06/2017

Nr. por Centro de Custo: 327

Folha: 4/4

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			DE 50%, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO COMPOSTO DE 69% ALGODÃO, 23% POLIÉSTER, 8% ELASTANO, COM PESO 13,35 GRAMAS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EVITANDO DESFIAMENTO, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14056. PACOTE COM 12 UNIDADES. SOLICITO AMOSTRA ATÉ 3 DIAS APÓS O PREGÃO. (45-02-2329)		
20	100	PCT	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7, 5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², COM PESO DE 1G POR UNIDADE, CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 490 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PCT C/500 - SIMILAR OU IGUAL CREMMER (45-02-2342)	0,0000	0,00
21	5	MT	TUBO DE SILICONE 204 DIAMETRO EXTREMO 12MM/INTERNO 6MM (45-02-1850)	0,0000	0,00
22	5	UN	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, CAIXA C/ 20 UNIDADES (45-02-1825)	0,0000	0,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>0,00</b>

000004

Solicitante: Rosemari C Train:.....

Cruz Machado, 13 de Junho de 2017.

Responsável pelo Setor Compras



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84620-000      - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 1205/2017

Data: 11/07/2017

Nr. por Centro de Custo: 333

Folha: 1/1

- [ ] Execução de Serviço  
[ ] Execução de Obra  
[ ] Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**000005**


**SOLICITANTE:**

<b>Centro de Custo:</b> 234 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	<b>Código da Dotação :</b>
<b>Órgão:</b> 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.01.2.014.4.4.90.52.96.00.00.00 (125/2017)
<b>Unidade:</b> 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Nome do Solicitante:</b> Adriana K. Mackowiak	
<b>Local de Entrega:</b> HOSPITAL MUNICIPAL STA TEREZINHA - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS	
<b>Destinação:</b> Venho através desta solicitar a este departamento de compras e licitações, a aquisição do item abaixo descrito, o qual é necessário no centro cirurgico para realização de procedimentos de ortopedia.	<b>Identificação:</b>

**Observações:**

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	Furadeira Canulada Autoclavável com Mandril Cromado - 110V Características: - Controle de velocidade e giro horário e anti-horário - Mandril de aço cromado + chave (deve de ser lubrificado internamente)! - Totalmente autoclavável - Voltagem: 110V - Potência: 230W e Rotação 4.500 rpm - Diâmetro máximo para usar pino intramedular: 2,0 mm - Pinça pino de schanz até 6,0 mm no mandril - Cabo elétrico com 5 metros e com dupla isolamento - Peso só da Furadeira: 0,900 kg e Peso da Furadeira com o cabo elétrico: 1.390 Kg - Garantia de 6 meses contra defeito e fabricação (08-17-0021)	0,0000	0,00
<b>Preço Total:</b>					0,00

Solicitante: Adriana K. Mackowiak:.....

Cruz Machado, 11 de Julho de 2017.

Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84620-000      - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 1630/2017

Data: 24/08/2017

Nr. por Centro de Custo: 347

Folha: 1/1

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

000006


**SOLICITANTE:**

**Centro de Custo:** 234 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA      **Código da Dotação :**  
**Órgão:** 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      04.01.2.014.3.3.90.30.36.00.00.00 (115/2017)  
**Unidade:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Nome do Solicitante:** rosemari c. train  
**Local de Entrega:** HOSPITAL MUNICIPAL STA TEREZINHA - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS  
**Destinação:** Venho através desta solicitar a este departamento de compras e licitações a aquisição do item abaixo relacionado, o qual é utilizado no hospital e centro de saúde para realizar teste de esterilização na autoclave.      **Identificação:**

**Observações:** Venho através desta solicitar a este departamento de compras e licitações a aquisição do item abaixo relacionado, o qual é utilizado no hospital e centro de saúde para realizar teste de esterilização na autoclave, sendo que a empresa ganhadora do item no processo 34/2017, licitação 22/2017, pediu desistência do mesmo e não tem segundo colocado. Sendo assim necessária uma nova licitação.

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	300	UNI	PACOTE TESTE PLUS BOWIE & DICK 0135 PARA TESTE DO EQUIPAMENTO COM FOLHA DE ALERTA, ALÉM DA FOLHA TESTE PRINCIPAL. INDICADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DE VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO. SIMILAR OU IGUAL A 3M. (45-02-1689)	0,0000	0,00
				<b>Preço Total:</b>	0,00

Solicitante: rosemari c. train:.....

Cruz Machado, 24 de Agosto de 2017.

Responsável pelo Setor Compras



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Telefone: 554 1222

007

COLETA N.º: 326/2017  
Data: 13/07/2017

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/6

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Fornecedor: **ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - EPP**  
 Endereço: **RUA ROMEU LAROUWERLANG 1652**  
 Cidade: **FRANCISCO BELTRÃO PR**  
 Código: 0  
 Banco: **001 BRASIL**  
 Agência: **0616-5**  
 Telefone: **46.3523 1339**  
 Conta Corrente: **328899-0**  
 Fax:

Condições de Pagamento: a combinar  
 Prazo de Entrega: a combinar


Validade da Proposta:  
 Vencimento da Coleta:

Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE DR. CARLOS RENATO PASSOS -  
 Objeto da Coleta de Preço: - Aquisição de itens diversos, de expediente e de consumo, hospitalar, destinados ao Hospital Sta Terezinha - desta municipalidade.

Observações: - Coleta de preços 326/2017

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ATADURA DE CREPE 13 FIOS, TIPO I, 12 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO E ELASTICIDADE DE 50%. CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO COMPOSTO DE 69% ALGODÃO, 23% POLIÉSTER, 8% ELASTANO, COM PESO 13,35 GRAMAS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EVITANDO DESFIAMENTO, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14056, PACOTE COM 12 UNIDADES, SOLICITO AMOSTRA ATÉ 3 DIAS APOS O PREGÃO. (45-02-2329)	PCT	MPD HOLLER	500,00	1800	900,00
2	BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA N 20. CAIXA COM 10 UNIDADES. (45-02-2675)	CAX	STERILANER	30,00	30,00	900,00

Cruz Machado, 13 de Julho de 2017.

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA  


82.027.335/0001-68  
 ANDRETTA  
 MEDICAMENTOS LTDA.  
 Rua Ver Romeu L. Werlang, 1652  
 Centro CEP 85601-020  
 Francisco Beltrão Paraná



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Telefone: 554 1222

COLETA Nr.: 326/2017  
Data: 13/07/2017

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 2/6

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS, COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA, A PROVA DE ÁGUA, E COM CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO, COR BRANCA, PESO 3,2 KG, DIMENSÕES - EXTERNA 40CM COMP. X 28CM LARG. X 28CM ALTURA, INTERNA 34CM X 20CM X 21CM, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ADARVE, COM DIVISÓRIA PARA CAIXA STYLO 15 LITROS. (08-03-0061)	UN	VERMA	1,00	900,00	900,00
4	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 2,0 (C/ BALÃO (45-02-2261)	UN	V.C.	6,00	14,00	84,00
5	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL, MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², COM PESO DE 1G POR UNIDADE, CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORRUBOSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 490 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PCT C/500 - SIMILAR OU IGUAL CREMMER (45-02-2342)	PCT	MPD HOUSE	100,00	25,00	2.500,00
6	EQUIPO BOMBA INFUSORA, a empresa ganhadora deverá disponibilizar 02 bombas em comodato. (45-02-1982)	UN	V.C.	200,00	52,00	10.400,00
7	ESCOVA PARA LIMPEZA DE PRODUTOS CANULADOS - DESCARTAVEL 60 MMX7 MMX 500 MM (45-01-7218)	UNI	V.C.	50,00	48,00	2.400,00
8	PIO DE CERCLAGEM 2,0 (45-02-1447)	UN	PISSA, m.60x100 + V.C.	50,00	36,00	1.800,00
9	PIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) INFANTIL em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediatrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm. (45-02-2683)	UN	WELL LEAD	5,00	20,00	100,00
10	PIO GUIA PARA INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) ADULTO, EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES: Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm. (45-02-2682)	UN	WELL LEAD	5,00	20,00	100,00

Cruz Machado, 13 de Julho de 2017.

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA  
*[Assinatura]*

82.027.335/0001-68  
ANDRETTA  
MEDICAMENTOS LTDA.  
Rua Ver Rumeu L Werlang, 1652  
Centro CEP 85601-020  
Francisco Beltrão Paraná



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Telefone: 554 1222

**60000**

COLETA Nr.: 326/2017  
Data: 13/07/2017


DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 3/6

**DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	FORMOL 40 % (45-02-2473)	LT	U.C.	60,00	18,50	
12	Furadeira Canulada Autoclavável com Mandril Cromado - 110V Características: - Controle de velocidade e giro horário e anti-horário - Mandril de aço cromado + chave (deve de ser lubrificado internamente) - Totalmente autoclavável - Voltagem: 110V - Potência: 230W e Rotação 4.500 rpm - Diâmetro máximo para usar pino intramecular: 2,0 mm - Pinça pino de schanz até 6,0 mm no mandril - Cabo elétrico com 5 metros e com dupla isolamento - Peso só da Furadeira: 0,900 kg e Peso da Furadeira com o cabo elétrico: 1,350 Kg - Garantia de 6 meses contra defeito e fabricação (08-17-0021)	UN	marketa DORAVEL	1,00	1.239,00	
13	*INDICADOR BIOLÓGICO 1292 - Indicador Biológico - 3 Horas: Indicador para esterilização a vapor do tipo autocóntido, com tempo de resposta final negativa de 3 horas, por método de fluorescência. Indicado para o controle de qualidade biológica de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores com pré-vácuo ou esterilizadores-gravilacionais. Coposto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus Stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutritivo, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrófobo. Cada ampola deverá possuir um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencie as ampolas processadas das não processadas. Caixa com 50 Ampolas A empresa vencedora devesa fornecer em regime de comodato 01 incubadoras de Leitura Rápida." (45-02-2540)	CX	SISPAK	16,00	1.500,00	24.000,00

Cruz Machado, 13 de Julho de 2017.

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA  


82.027.335/0001-68

ANDRETTA  
MEDICAMENTOS LTDA.  
Rua Ver Ransen L. Werlang, 1652  
Centro CEP 85601-020  
Francisco Beltrão Paraná

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Telefone: 554 1222

**00010**

COLETA Nr.: 3261/2017

Data: 13/07/2017


DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 4/6

**DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	<p><b>INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR</b>, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do <i>Geobacillus Stearothermophilus</i>, a embalagem deve conter 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos, deverá ser sensível à temperatura, tempo e vapor de exposição ao vapor e a temperatura, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1. (45-02-2025)</p>	CX	SISPAK	10,00	300,00	3.000,00
15	<p>Kit cipa com prancha em polietileno - capa verde- Características: - Confeccionada em tecido 100% poliâmda: - Fecho em velcro. - Alças para transporte. - Bolsa plástica transparente. Materiais: - Imobilização 01 Prancha longa compensada naval três cintos; 01 Capa para proteção da mesma; 01 Jogo de tala aramada EVA conjunto com 4 peças; 01 Bandagem triangular - Tamanho: M; 01 Jogo de colar cervical resgate sendo PP / P / M / G; 01 Mantia Aluminizada. - Consumo 05 Compressas estéreis 7,5 cm x 7,5 cm; 03 Pares de luvas cirúrgicas estéreis; 02 Ataduras de crepe 10 cm; 02 Ataduras de crepe 15 cm; 02 Ataduras de crepe 30 cm; 01 Espatradrpe 10 cm x 4,5 cm; 01 Curativo antisséptico (tipo band-aid); 02-Mascara de RPC descartável; 01 - tesoura multuso ponta romba; 02 - luvas pigmentadas: (45-02-2685)</p>	UN	M60Pcom	2,00	860	

Cruz Machado, 13 de Julho de 2017.

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA  


82.027.335/0001-68

ANDRETTA  
MEDICAMENTOS LTDA.  
Rua Ver. Romeno L. Werlang, 1652  
Canto CEP 85601-020  
Francisco Beltrão Paraná



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado PR

Telefone: 554 1222

11  
000

COLETA N.º: 326/2017  
Data: 13/07/2017

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 5/6

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, ATÓXICO E SEM SILICONE, INDICADO COMO LUBRIFICANTE DO INSTRUMENTAL. GALÃO DE 5 LITROS (45-01-6697)	GAL	SAVOY / 16857110	6,00	25,00	150,00
17	LUVA DE NITRILÓ PARA PROCEDIMENTO. TAMANHO M. SEM TALCO, CAIXA COM 100. (45-02-2684)	UN	DESCARPAK	60,00	100,00	500,00
18	MASCARA DE PROTEÇÃO N95. CAIXA C/ 20 UNIDADES (45-02-1825)	UN	DESCARPAK	5,00	100,00	500,00
19	PACOTE TESTE PLUS BOWIE & DICK 0135 PARA TESTE DO EQUIPAMENTO COM FOLHA DE ALERTA, ALÉM DA FOLHA TESTE PRINCIPAL, INDICADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DE VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO, SIMILAR OU IGUAL A 3M (45-02-1689)	UNI	3M / 161000 C.R.	60,00	5800,98	
20	PAPEL TÉRMICO PARA CARDIOTOCÓGRAFO, COMPATIVEL COM A MARCA SHENZHEN COMEN, MODELO STAR 5000 D. (45-02-2677)	UNI	J.L.	100,00	59,00	30,00
21	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°12 (45-02-2678)	UN	MARK MED	30,00	1,00	30,00
22	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°14 (45-02-2679)	UN	MARK MED	30,00	1,20	36,00
23	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°16 (45-02-2680)	UN	MARK MED	30,00	1,30	39,00
24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL LONGA N°18 (45-02-2681)	UN	MARK MED	30,00	1,50	45,00

Cruz Machado, 13 de Julho de 2017.

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA  


F82.027.335/0001-68  
ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA.  
Rua Ver Romeu L. Werlang, 1652  
CEP 85601-020  
Paraná  
Francisco Beltrão

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Telefone: 554 1222

COLETA Nr.: 326/2017  
Data: 13/07/2017

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 6/6

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	Termômetro Digital Para caixa térmica com Máxima E Mínima -50° A 70° - Indicado Para Várias Aplicações Tais Como Monitoramento De Temperatura Em Freezers, Caixa De Vedinas, Salas De Armazenamento E Ambientes Climatizados Em Geral. A Prova D'água E Possui Função °C/°F. Contém Imã Para Fixação Em Superfícies Metálicas E Bordas De Acabamento. Dados Técnicos: Medidas Do Produto: 60x39x16mm Comprimeto Do Cabo: 50 Cm Faixa De Medição: - 50°C A 70°C Precisão: /- 1°C Para A Escala De -20°C A 50°C E /- 2 Nas Outras Temperaturas Resolução: 0.1 °C/°F (45-02-1750)	CX	INCOTERM	10,00	100,00	1.000,00
26	TESOURA PONTA ROMBA, 18 CM, MATERIAL EM INOX (45-02-0714)	UN	WELDON	2,00	30,00	60,00
27	TUBO DE SILICONE 204 DIAMETRO EXTREMO 12MM/INTERNO 6MM (45-02-1830)	MT	MEDIGONE	5,00	15,00	75,00
Total Geral.....:						

Cruz Machado, 13 de Julho de 2017.

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA

ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA

82.027.335/0001-68

ANDRETTA  
MEDICAMENTOS LTDA.  
Rua Ver Romeu L. Werlang, 1652  
Centro CEP 85601-020  
Francisco Beltrão Paraná







ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 2/4

CNPJ: 76.339.688/0001-09  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
2	30,000	CAX	BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA N 20.CAIXA COM 10 UNIDADES. (45-02-2675)	30,0000	900,00
3	1,000	UN	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS. COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA, A PROVA DE ÁGUA, E COM CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO. COR BRANCA, PESO 3,2 KG, DIMENSÕES: EXTERNA 40CM COMP.X26CM LARG.X28CM ALTURA, INTERNA 34CMX20CMX21CM. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ADARVE. COM DIVISÓRIA PARA CAIXA STYLO 15 LITROS. (08-03-0061)	900,0000	900,00
4	6,000	UN	CANULA PARA TRAQUESTOMIA Nº 2,0 C/ BALÃO - (45-02-2261)	74,0000	444,00
5	100,000	PCT	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², COM PESO DE 1G POR UNIDADE, CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 490 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PCT C/500 - SIMILAR OU IGUAL CREMMER (45-02-2342)	25,0000	2.500,00
6	200,000	UN	EQUIPO BOMBA INFUSORA. a empresa ganhadora deverá disponibilizar 02 bombas em comodato. (45-02-1982)	52,0000	10.400,00
7	50,000	UNI	ESCOVA PARA LIMPEZA DE PRODUTOS CANULADOS - DESCARTAVEL 60 MMMX7 MMMX 500 MM (45-01-7218)	48,9000	2.445,00
8	50,000	UN	FIO DE CERCLAGEM 2,0 (45-02-1447)	36,0000	1.800,00
9	5,000	UN	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ( MANDRIL TIPO VARETA) INFANTIL em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm. (45-02-2683)	20,0000	100,00
10	5,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO( MANDRIL TIPO VARETA) ADULTO, EM COBRE FLEXIVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES: Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm. (45-02-2682)	20,0000	100,00
11	60,000	LT	FORMOL 40 % (45-02-2473)	18,9000	1.134,00
12	1,000	UN	Furadeira Canulada Autoclavável com Mandril Cromado – 110V Características: - Controle de velocidade e giro horário e anti-horário - Mandril de aço cromado + chave (deve de ser lubrificado internamente)! - Totalmente autoclavável - Voltagem: 110V - Potência: 230W e Rotação 4.500 rpm  - Diâmetro máximo para usar pino intramedular: 2,0 mm - Pinça pino de schanz até 6,0 mm no mandril - Cabo elétrico com 5 metros e com dupla isolamento - Peso só da Furadeira: 0,900 kg e Peso da Furadeira com o cabo elétrico: 1.390 Kg - Garantia de 6 meses contra defeito e fabricação (08-17-0021)	1.230,0000	1.230,00
13	16,000	CX	"INDICADOR BIOLÓGICO 1292 - Indicador Biológico - 3 Horas: Indicador para esterilização a vapor do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa de 3 horas, por método de fluorescência. Indicado para o controle de qualidade biológica de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores com pré-vácuo ou esterilizadores gravitacionais. Coposto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus Stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), acondicionada em uma ampola	1.500,0000	24.000,00

000014

Cruz Machado, 13 de Setembro de 2017.



Ordenador da Despesa